

	Modalità operative per "gestione esami radiologici paziente infettivo COVID-19"	Allegato 5 AZI067 rev.3
	Meyer	Data 26/02/2020

Il documento descrive le modalità operative ed organizzative da mettere in atto nella conduzione di indagini radiologiche (rx ed Ecografie) a letto del paziente a rischio infettivo COVID-19 (CORONAVIRUS) e si applica in tutte le strutture di ricovero dell'azienda, qualora si presentassero le condizioni descritte nell'algoritmo.

MODALITA' OPERATIVA

Al fine di mantenere basso il rischio di contagio si deve procedere come segue:

1. la richiesta di indagine radiologica deve essere effettuata dal medico prescrittore secondo le linee guida ed evidenze scientifiche a garanzia dell'appropriatezza; in ogni caso deve essere considerato inappropriato ciò che non risulti assolutamente indispensabile alla diagnosi nella modalità e nei tempi prestabiliti.
2. è preferibile che la richiesta di indagine radiologica sia effettuata dopo aver ottenuto i risultati laboratoristici che diano il corretto inquadramento clinico del paziente.
3. il personale Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) prenderà visione della richiesta e dell'anamnesi clinica del paziente per condurre l'indagine radiologica prescritta.
4. per la conduzione di indagini Rx a letto del paziente, sarà identificato un apparecchio portatile specifico che, dopo l'effettuazione dell'indagine, sarà sanificato in loco e comunque non sarà rimosso dalla camera di isolamento.
5. Prima di procedere all'esame radiologico i professionisti della struttura richiedente devono far indossare la mascherina chirurgica al paziente
6. I professionisti addetti alla conduzione di esami radiologici in pazienti infettivi devono indossare i dispositivi di protezione individuale specifici: questi saranno disponibili direttamente nel reparto dove presente il paziente in isolamento
7. I professionisti devono indossare ed utilizzare tutti i DPI dettati dalle procedure e buone pratiche della Radioprotezione degli operatori e dei familiari che non possono allontanarsi durante l'emissione di RX. I presidi utilizzati saranno dedicati e non dovranno allontanarsi dalla zona di isolamento
8. il plate sarà preventivamente disinfettato, pre e post esposizione radiologica (prima della scannerizzazione), con appositi prodotti opportunamente identificati.
9. il plate sarà rivestito con una copertura di plastica (sacco di plastica per "copertura amplificatore") a garanzia della pulizia e riduzione di rischio di contatto con agenti patogeni.
10. il plate esposto, dopo opportuna disinfezione, sarà scannerizzato dal digitalizzatore presente presso la diagnostica al PS

RIFERIMENTI

<https://www.associazioneaster.org/wp-content/uploads/2019/11/Covid-19-FASTeR.pdf>